GLIDESCOPE® TITANIUM KURZANLEITUNG

FÜR DIE GLIDESCOPE TITANIUM SYSTEM WIEDERVERWENDBAREN SPATEL

Bei Verwendung der Titanium wiederverwendbaren Spatel das GlideScope Videokabel mit den zwei runden Plastikanschlüssen wählen *(siehe ABBILDUNG 1)*.

ABBILDUNG 1:

1. DAS VIDEOKABEL AN MONITOR UND SPATEL ANSCHLIESSEN

a. Das für den Patienten geeignete GlideScope Videolaryngoskop (Spatel) auswählen.

b. Um das Videokabel mit dem Anschluss an der Rückseite des Monitors zu verbinden, den Pfeil auf dem Videokabel mit dem Pfeil am Anschluss ausrichten und das Kabel einstecken *(siehe ABBILDUNG 2)*. Wenn das Kabel korrekt angeschlossen wird, ist beim Einrasten ein Klickton zu hören.

c. Um das andere Ende des Videokabels mit dem Spatel zu verbinden, den Pfeil auf dem Videokabel mit dem Pfeil am Spatel ausrichten und das Kabel einstecken. Wenn das Kabel korrekt angeschlossen wird, ist beim Einrasten ein Klickton zu hören.

ABBILDUNG 2:



2. DAS GLIDESCOPE SYSTEM VORBEREITEN

a. Zum Einschalten des Systems den Netzschalter drücken *(siehe ABBILDUNG 3)*.

b. Die ordnungsgemäße Funktion des Systems sicherstellen. Dazu prüfen, ob am Monitor das Bild der Kamera des Videolaryngoskops (Spatel) zu sehen ist. Ein kleiner Teil des Spatels kann in der oberen linken Bildschirmecke zu sehen sein.

c. Bei Bedarf 30-120 Sekunden warten, bis sich die GlideScope Reveal™ Antibeschlag-Funktion aufgewärmt hat.

ABBILDUNG 3:



INFORMATIONEN ZUR EINRICHTUNG DER TITANIUM SYSTEM EINWEGSPATEL FINDEN SIE AUF DER RÜCKSEITE.

GLIDESCOPE® TITANIUM

KURZANLEITUNG

FÜR DIE GLIDESCOPE TITANIUM SYSTEM EINWEGSPATEL

Bei Verwendung der Titanium Einwegspatel das GlideScope Smart-Kabel mit einem runden Plastikanschluss und einem Metallanschluss wählen *(siehe ABBILDUNG 1)*.

ABBILDUNG 1:

1. DAS SMART-KABEL AN MONITOR UND SPATEL ANSCHLIESSEN

a. Das für den Patienten geeignete GlideScope Videolaryngoskop (Spatel) auswählen.

b. Um das Smart-Kabel mit dem Anschluss an der Rückseite des Monitors zu verbinden, den Pfeil auf dem Plastikanschluss des Smart-Kabels mit dem Pfeil am Anschluss ausrichten und das Kabel einstecken *(siehe ABBILDUNG 2)*. Wenn das Kabel korrekt angeschlossen wird, ist beim Einrasten ein Klickton zu hören.

c. Um das andere Ende des Smart-Kabels mit dem Spatel zu verbinden, den Pfeil auf dem Metallanschluss des Smart-Kabels mit dem Pfeil am Spatel ausrichten und das Kabel einstecken.

ABBILDUNG 2:



2. DAS GLIDESCOPE SYSTEM VORBEREITEN

a. Zum Einschalten des Systems den Netzschalter drücken *(siehe ABBILDUNG 3)*.

b. Die ordnungsgemäße Funktion des Systems sicherstellen. Dazu prüfen, ob am Monitor das Bild der Kamera des Videolaryngoskops (Spatel) zu sehen ist. Ein kleiner Teil des Spatels kann in der oberen linken Bildschirmecke zu sehen sein.

c. Bei Bedarf 30-120 Sekunden warten, bis sich die LED aufgewärmt hat, um ein Beschlagen zu vermeiden.

ABBILDUNG 3:



VERATHON MEDICAL
verathon.com
glidescope.com

Firmenhauptsitz:
Verathon Inc.
20001 North Creek Parkway
Bothell, WA 98011, USA
Tel.: 800.331.2313 (nur US und Kanada)
Tel.: +1.425.867.1348 Fax: +1.425.883.2896

Hersteller:
Verathon Medical (Canada) ULC
2227 Douglas Road
Burnaby, British Columbia
Kanada, V5C 5A9

EC REP
EU-Vertretung:
Verathon Medical Europe B.V.
Linnaeusweg 11
3401 MS IJsselstein Niederlande
Tel.: +31.30.68.70.570
Fax: +31.30.68.70.512

GlideScope, das GlideScope Symbol, Reveal, Verathon und das Verathon Torch Symbol sind Marken von Verathon Inc. ©2014 Verathon Inc. GlideScope Video Laryngoskopsysteme haben eine CE-Marke gemäß der Richtlinie über Medizinprodukte. Das Qualitätssystem von Verathon Inc. ist gemäß der Norm ISO 13485:2003 zertifiziert.

EUSM-0591-00-60